

ANALYSE DES EAUX

# Détecter et quantifier *Pseudomonas aeruginosa* en 24 heures

## DESCRIPTION

Les laboratoires Idexx, viennent de lancer au niveau mondial le test Pseudalert®, un test confirmé en 24 heures de détection des bactéries *Pseudomonas aeruginosa* dans les échantillons d'eau de piscine, d'eau thermale et d'eau conditionnée.

Ce nouveau test simplifie considérablement la mise en œuvre de l'analyse et permet d'obtenir des résultats fiables et confirmés plus rapidement qu'avec d'autres méthodes traditionnelles, dont la méthode NF EN ISO 16266.

*Le test Pseudalert® est certifié AFNOR validation dans les eaux de consommation et eaux de piscine.*



## FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Grâce à ses réactifs prêts à l'emploi, cette nouvelle méthode ne demande qu'une minute de manipulation, ce qui en fait une solution facile à utiliser par rapport aux méthodes de détection traditionnelles.

Le test Pseudalert utilise le même matériel et la même procédure que d'autres tests de qualité de l'eau Idexx, tels que les tests reconnus et éprouvés Colilert® et Colilert®-18 pour les *coli-*

*formes* et l'*E. coli* et les produits Enterolert® pour les entérocoques.

Les laboratoires de contrôle de la qualité de l'eau et les usines de conditionnement d'eaux en bouteille peuvent désormais utiliser une plate-forme unique pour les principaux tests microbiologiques afin d'obtenir des résultats complets et précis en 24 heures seulement.

## APPLICATIONS

Les eaux de piscine et les eaux thermales sont fréquemment contrôlées pour détecter la présence des bactéries *Pseudomonas aeruginosa*, un pathogène opportuniste pouvant causer plusieurs infections graves, telles que des folliculites ou des otites.

En outre, dans de nombreux pays, dont la France, la détection de toute contamination par *Pseudomonas aeruginosa* dans l'eau embouteillée est obligatoire, ainsi que d'autres paramètres tels que l'*E. coli*, les coliformes totaux et les entérocoques.

NOUVEAUTE

Contenu interactif lié  
à ce produit



**IDEXX**

IDEXX France  
84 rue Charles Michels - Bâtiment A - CS 40023  
93284 Saint-Denis cedex France  
Tél. : +33(0)1.42.83.92.21  
Fax : +33 (0)1.49.21.83.25  
www.idexx.fr  
WLPDFrance@idexx.com